



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Technisches Datenblatt

SOFT NITRIL BLUE 300

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Blau
- Latexfrei
- Chemikalienschutz EN374
- Lebensmittel zugelassen
- Unsteril



Material

Synthetiklatex

Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr.	14102	14103	14104	14105
Größe	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	295 ± 5 mm	295 ± 5 mm	295 ± 5 mm	295 ± 5 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,11 ± 0,03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,14 ± 0,03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,16 ± 0,03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6,0	min. 6,0
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 14,0	min. 14,0

Puder

Ungepudert

Proteingehalt

Keine Proteine enthalten

Manschette

Umbördelt

Design

Beidhändig

Oberfläche

Mikrorau

Farbe

Blau

Qualitätssicherung

EG-Baumusterprüfung IFA – CE 0121
PSA – EN 374 CAT III, EN 388, EN 420
MPG – EN 455 Teil 1–4
EG-Standard 89/686/EWG
ASTM D 6319
EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2012

Verpackung

100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.

Bescheinigung
Nr. IFA 1501184
vom 21.09.2015



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer: 0121

EG-Baumusterprüfbescheinigung



Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) UNIGLOVES Arzt- und Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Str. 71
53842 Troisdorf

Produktbezeichnung: **Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische
Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1**

Typ: Unigloves Soft Nitril Blue 300

Prüfgrundlage: DIN EN 374-1:2003

Zugehöriger Prüfbericht: Prüfbericht Nr. 2015 22002/2150 vom 21.09.2015
- IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung

- gilt in Zusammenhang mit dem Bericht zur EG-Baumusterprüfung
Nr. 2015 22002 vom 21.09.2015 – IFA, Sankt Augustin.
- allein berechtigt n i c h t zur Verwendung der Kenn-Nummer 0121.

Handschuhgrößen: S, M, L, XL
Prüfchemikalie für Permeation: Natronlauge 40 % (Leistungsstufe 6)

Das geprüfte Baumuster entspricht grundlegenden Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie
89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG,
93/95/EWG und 96/58/EG.

Diese Bescheinigung ist gültig bis: **20.09.2020**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. Gerda Röckel-Schütze
Fachzertifiziererin

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

BERICHT ZUR EG-BAUMUSTERPRÜFUNG NR. 2015 22002

- gültig in Zusammenhang mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 1501184 vom 21.09.2015 -

1 PRÜFUNG DES MODELLS

Im Rahmen der EG-Baumusterprüfung wurden die im Anhang II der EG-Richtlinie 89/686/EWG festgelegten grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit im erforderlichen Umfange, und wie vom Hersteller der Persönlichen Schutzausrüstung in seinem

- Prüfantrag vom 15.06.2015

beantragt, geprüft. Über die Prüfungen wurde folgender Prüfbericht/Prüfmitteilung erstellt: Nr. 2015 22002/2150 vom 21.09.2015 IFA, Sankt Augustin.

2 PRÜFUNG DER TECHNISCHEN UNTERLAGEN DES BESCHEINIGUNGSINHABERS

Im Rahmen der EG-Baumusterprüfung wurden die

- Technischen Fertigungsunterlagen nach Anhang III der EG-Richtlinie 89/686/EWG und die
- Informationsbroschüre des Herstellers nach Anhang II der EG-Richtlinie 89/686/EWG gesichtet und für angemessen in Bezug auf die grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie gehalten.

3 ANLAGEN

Folgende Dokumentationen sind Bestandteil der EG-Baumusterprüfung:

3.1 Prüfbericht Nr. 2015 22002/2150 vom 21.09.2015

3.2 Technische Dokumentation, versehen mit dem Sichtvermerk des IFA Nr. 2015 22002 als Seiten 1 bis 6.

Sankt Augustin, den 21.09.2015
Rö/HD



Dipl.-Ing. Gerda Röckel-Schütze