

FORMAT

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Weiß
- Latexfrei
- Chemikalienschutz EN374
- Unsteril



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT



Material 100% Synthetiklatex

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Art.-Nr.	1001	1002	1003	1004	1005
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.08 – 0.13
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.10 – 0.15
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.10 – 0.17

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 7.5	min. 5.5
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 21.0	min. 16.0

Puder Ungepudert

Proteingehalt Keine Proteine enthalten

Manschette Umbördelt

Design Beidhändig

Oberfläche Mikrogeraute Handfläche

Farbe Weiß

Qualitätssicherung EG-Baumusterprüfung BGIA – CE 0121
 PSA – EN 374 CAT III, EN 388, EN 420
 MPG – EN 455 Teil 1–4
 EG-Standard 89/686/EWG
 EG-Standard 93/42/EWG, Anhänge II.3 + V.3
 EN ISO 9001:2008
 EN ISO 13485:2003 + AC:2007

Verpackung 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

Bescheinigung
Nr. **0801110 BGIA**
vom **14.01.2009**


Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT


EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Name und Anschrift des Herstellers:	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Produktbezeichnung:	Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1
Typ:	Unigloves Format
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Chemikalienschutzhandschuh Leistungsstufen siehe Rückseite
Prüfgrundlage:	DIN EN 374:2003 in Verbindung mit EG-Richtlinie 89/686/EWG
Zugehöriger Prüfbericht:	Prüfbericht 2008 22841/2150 vom 14.01.2009 - BGIA, Sankt Augustin
Bemerkungen:	Diese Bescheinigung gilt in Zusammenhang mit dem Bericht zur EG- Baumusterprüfung Nr. 2008 22841 vom 14.01.2009 – BGIA, Sankt Augustin.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2008.


Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)


Fachzertifizierer
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

**IFA**

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test
Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0121

Gutachten gemäß Artikel 11A der europäischen Richtlinie
89/686/EWG
EG-Qualitätssicherungen für das Endprodukt

E.-Nr. 1412008

Name und Anschrift des Prüfbescheinigungsinhabers:	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf	
Name und Anschrift des Herstellers:	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf	
Zeichen des Auftraggebers Herr Feldmeier	Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle 681.62-Rö/HD	Ausstellungsdatum 15.01.2015

Produktbezeichnung: Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1

Typ: Unigloves Format

Kennzeichnung: Unigloves Format

Bemerkung: Dieses Gutachten gilt in Zusammenhang mit dem Prüfbericht Nr. 2014 23491/2150 vom 15.01.2015 und mit dem Auditbericht 2014 22167/2150 vom 15.01.2015.

Die Prüf- und Zertifizierungsstelle des Instituts für Arbeitsschutz - IFA der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (gemeldete Stelle Nr. 0121) hat für den oben genannten Inhaber der


EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. **0801110** vom **14.01.2009**

die gemäß Artikel 11 A der Richtlinie 89/686/EWG erforderlichen Kontrollen von **November 2014 bis Dezember 2014** durchgeführt.

Dabei konnte keine Uneinheitlichkeit der Produktion oder Nichtübereinstimmung der Persönlichen Schutzausrüstung mit dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster sowie mit den einschlägigen wesentlichen Anforderungen festgestellt werden.

Entsprechend Artikel 11A der Richtlinie 89/686/EWG ist die **nächste erforderliche Kontrollprüfung** bis zum **14.01.2016** durchzuführen.

Fachzertifizierer(in)


Dipl.-Ing. Gerda Röckel-Schütze