



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Technisches Datenblatt

FORMAT BLUE 300

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Blau
- Chemikalienschutz EN374
- Latexfrei
- Extra stark
- Extra lang
- Unsteril



CE 0121



Material

100 % Synthetiklatex

Prüfparameter

| Prüfkriterien | Prüfstufe | AQL |
|----------------------------------|-----------|-----|
| Maße | S-2 | 4,0 |
| Physikalische Eigenschaften | S-2 | 4,0 |
| 1000-ml-Wasserdichtheitstest | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf größere Fehler | G-1 | 2,5 |
| Sichtprüfung auf kleinere Fehler | G-1 | 4,0 |

Maße

| Art.-Nr. | 1112-B | 1113-B | 1114-B | 1115-B |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Größe | S = 6-7 | M = 7-8 | L = 8-9 | XL = 9-10 |
| Breite | 84 ± 3 mm | 94 ± 3 mm | 105 ± 3 mm | 113 ± 3 mm |
| Länge | 300 ± 10 mm | 300 ± 10 mm | 300 ± 10 mm | 300 ± 10 mm |

Materialstärke

| Meßpunkte | Eine Lage (mm) |
|---|----------------|
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche) | 0,19 ± 0,02 |
| Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers) | 0,23 ± 0,03 |

Physikalische Eigenschaften

| Parameter | Vor der Alterung | Nach der Alterung |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| Reißdehnung (%) | min.500 | min. 400 |
| Elastizitätsmodul (MPa) | min. 14,0 | min. 14,0 |

Puder

Ungepudert

Proteingehalt

Keine Proteine enthalten

Manschette

Umbördelt

Design

Beidhändig

Oberfläche

Mikrorau

Farbe

Blau

Qualitätssicherung

EG-Baumusterprüfung IFA – CE 0121
 PSA – EN 374 CAT III, EN 388, EN 420
 MPG – EN 455 Teil 1-4
 EG-Standard 89/686/EWG
 EG-Standard 93/42/EWG, Anhänge II.3 + V.3
 EN ISO 9001:2008
 EN ISO 13485:2012 + AC:2007

Verpackung

50 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

Bescheinigung
Nr. **IFA 1501183**
vom 21.09.2015

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer: 0121

EG-Baumusterprüfbescheinigung



Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) UNIGLOVES Arzt- und Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Str. 71
53842 Troisdorf

Produktbezeichnung: **Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische
Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1**

Typ: Unigloves Format Blue 300

Prüfgrundlage: DIN EN 374-1:2003

Zugehöriger Prüfbericht: Prüfbericht Nr. 2015 22001/2150 vom 21.09.2015
- IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung
- gilt in Zusammenhang mit dem Bericht zur EG-Baumusterprüfung
Nr. 2015 22001 vom 21.09.2015 – IFA, Sankt Augustin.
- allein berechtigt n i c h t zur Verwendung der Kenn-Nummer 0121.

Handschuhgrößen: S, M, L, XL, XXL
Prüfchemikalie für Permeation: Natronlauge 40 % (Leistungsstufe 6)

Das geprüfte Baumuster entspricht grundlegenden Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Diese Bescheinigung ist gültig bis: **20.09.2020**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing Gerda Röckel-Schütze
Fachzertifiziererin

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

BERICHT ZUR EG-BAUMUSTERPRÜFUNG NR. 2015 22001

- gültig in Zusammenhang mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 1501183 vom 21.09.2015 -

1 PRÜFUNG DES MODELLS

Im Rahmen der EG-Baumusterprüfung wurden die im Anhang II der EG-Richtlinie 89/686/EWG festgelegten grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit im erforderlichen Umfange, und wie vom Hersteller der Persönlichen Schutzausrüstung in seinem

- Prüfantrag vom 15.06.2015

beantragt, geprüft. Über die Prüfungen wurde folgender Prüfbericht/Prüfmitteilung erstellt: Nr. 2015 22001/2150 vom 21.09.2015 IFA, Sankt Augustin.

2 PRÜFUNG DER TECHNISCHEN UNTERLAGEN DES BESCHEINIGUNGSINHABERS

Im Rahmen der EG-Baumusterprüfung wurden die

- Technischen Fertigungsunterlagen nach Anhang III der EG-Richtlinie 89/686/EWG und die
- Informationsbroschüre des Herstellers nach Anhang II der EG-Richtlinie 89/686/EWG gesichtet und für angemessen in Bezug auf die grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie gehalten.

3 ANLAGEN

Folgende Dokumentationen sind Bestandteil der EG-Baumusterprüfung:

3.1 Prüfbericht Nr. 2015 22001/2150 vom 21.09.2015

3.2 Technische Dokumentation, versehen mit dem Sichtvermerk des IFA Nr. 2015 22001 als Seiten 1 bis 7.

Sankt Augustin, den 21.09.2015
Rö/HD



Dipl.-Ing. Gerda Röckel-Schütze